

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOLICITUD DE COTIZACION M-1540

“ Adquirir accesorios y componentes para montar método en equipo HPLC de laboratorio”

<b>PREGUNTA</b>	<b>RESPUESTA</b>
Solicitamos se nos informe si dentro del proceso de licitación contemplan como válidas las ofertas que presenten productos identificados como “alternativas equivalentes” de marca(s) diferentes, pero se ajusten a los requerimientos solicitados.	No es posible presentar cotización con "equivalentes" se deben suministrar los componentes del mismo "fabricante" del equipo, para garantizar el desempeño adecuado y no incurrir en causales de pérdida de garantía.
Es posible presentarse con elementos homólogos de Agilent Technologies para los insumos solicitados.	No es posible presentar cotización con "homólogos" se deben suministrar los componentes del mismo "fabricante" del equipo, para garantizar el desempeño adecuado y no incurrir en causales de pérdida de garantía.